

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# “ИСКАТЕЛЬ-2”



Аттестат аккредитации на право поверки №0217  
 выдан ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ.  
 Действителен до “25” октября 2016 г.

## Свидетельство о поверке

Действительно до  
«06» апреля 2017 г.

№ 1279С

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Средство измерений                               | SAT мод. HotFind L<br>Тепловизор<br><small>наименование и тип</small>                              |                     |
| серия и номер клейма<br>предыдущей поверки       | отсутствует  |                     |
| заводской №                                      | 30320545   |                     |
| изготовитель                                     | ООО "Энергоаудит-2000", г.Москва   |                     |
| принадлежащее                                    | ООО «Спецвысотстройпроект»<br>ИНН 7448057549<br><small>Наименование юридического лица, ИНН</small> |                     |
| С применением<br>эталонов                        | АЧТ «Деметра» -30° +80°  |                     |
|  | АЧТ «Электра» +100° +1100°   |                     |
|  | ПЧТ-540/40/100   |                     |
| <b>При следующих значениях влияющих факторов</b> |  |                     |
| <b>Т окр.возд.</b>                               | <b>Отн.влажность</b>   | <b>Атм.давление</b> |
| 21°С   | 50%  | 101,4 кПа           |

**поверено и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.**

|  |  |
|--|--|
| Поверка проведена по методике                    | ГОСТ Р 8.619-06<br><small>номер или полное наименование нормативного документа</small> |
| СИ удовлетворяет требованиям описания Госреестра | №37131-08  |

Дата поверки «06» апреля 2016г.

Поверительное клеймо

Руководитель метрологической службы

Поверитель

РФ, 107150, г.Москва, 4-й проезд Подбельского, д.3

Тел./факс: (495)308-22-82, 966-28-00



/ Никитенко Ю.С. /

/ Шитиков С.В. /



[www.powerka.ru](http://www.powerka.ru)

[www.iskate12.ru](http://www.iskate12.ru)

Проверка подлинности данного свидетельства осуществляется по указанным телефонам метрологической службы!